

PN 475/2019 mikroplótkowy mikroskop konfokalny

Poznań, 31 października 2019 r.

Zawiadomienie

Dotyczy: specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przetargu nieograniczonego nr PN 475/19 o wartości większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na dostawę wraz z instalacją, pakietem serwisowym i wsparciem aplikacyjnym mikroplótkowego mikroskopu konfokalnego o wysokiej przepustowości przeznaczony do analiz wieloparametrycznych analiz przesiewowych oraz przygotowanie niezbędnej infrastruktury do funkcjonowania w obrębie zintegrowanego i zautomatyzowanego laboratorium badań wysokoprzepustowych, do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, szczegółowo opisanego w Specyfikacji Technicznej przedmiotu zamówienia, zawartej w części IV SIWZ

I. Wykonawca w postępowaniu PN 475/2019 wnosi o wprowadzenie następujących zmian w części III SIWZ - Projekt umowy:

Proponowana przez Wykonawcę zmiana w § 6

- a) ust. 1. - W przypadku niedotrzymania ustalonego terminu wykonania Przedmiotu zamówienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie, liczonych od kwoty wynagrodzenia brutto, wskazanej w §3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia – Wykonawca wnosi o zmianę odsetek ustawowych na 0,2% za każdy dzień opóźnienia z pułapem w wysokości 2% całkowitej wartości zamówienia – zgodnie ze standardem branżowym oraz ze względu na złożony charakter zamówienia oraz realizację przez więcej niż jeden podmiot, przy czym termin dostawy 20 grudnia 2019 r. dotyczy tylko rzeczy materialnych.
- b) ust. 3. W przypadku dwukrotnego stwierdzenia, że Wykonawca nie realizuje gwarancji i serwisu zgodnie z warunkami wskazanymi w niniejszej umowie, Zamawiający będzie uprawniony do żądania zapłaty kar umownych w wysokości 50% kwoty wynagrodzenia brutto, o której mowa w §3 ust. 1 umowy. – **Wykonawca wnosi o usunięcie tej klauzuli**
- c) ust. 4. Ponadto Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 0,5% ceny brutto urządzenia określonej w ofercie Wykonawcy, stanowiącej załącznik nr 1 do umowy, za każdy dzień opóźnienia w przypadku niedotrzymania terminów napraw gwarancyjnych. – **Wykonawca wnosi o zmianę tej klauzuli na „Wydłużenie okresu gwarancji o każdy dzień opóźnienia”**
- d) ust. 9. Jeżeli w niniejszej umowie zastrzeżono na rzecz Zamawiającego prawo odstąpienia od umowy w przypadku jej niewykonania albo nienależytego wykonania, Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy aż do zakończenia jej realizacji przez Wykonawcę, a także w okresie gwarancji. – **Wykonawca wnosi o usunięcie tej klauzuli**

Odpowiedź Zamawiającego:

ad a) Zamawiający zmienia zapis ustępu 1 w § 6 i nadaje mu nowe brzmienie:

„W przypadku niedotrzymania ustalonego terminu wykonania Przedmiotu zamówienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie, liczonych od kwoty wynagrodzenia brutto, wskazanej w §3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, do maksymalnej kwoty stanowiącej 4% kwoty wynagrodzenia brutto. W przypadku zwłoki trwającej dłużej niż 30 dni Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.”

ad b), c) d) Zamawiający usuwa ustępy 3, 4 i 9 w § 6.

Proponowana przez Wykonawcę zmiana w § 7

ust. 2.1 e)

wymiana urządzeń lub ich podzespołów w okresie gwarancji na nowe nastąpi w przypadku 2 istotnych ich awarii. Za istotne uszkodzenie przyjmuje się każde uszkodzenie uniemożliwiające funkcjonowanie urządzenia. – Oferent wnosi o zmianę na: „Za istotne uszkodzenie uznaje się takie, które powoduje przestoje w okresie gwarancyjnym, i którego inżynier serwisu nie może naprawić na miejscu.”

PN 475/2019 mikropłytkowy mikroskop konfokalny

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający zmienia zapis ustępu 2.1.e) w § 7 i nadaje mu nowe brzmienie:

„wymiana urządzeń lub ich podzespołów w okresie gwarancji na nowe nastąpi w przypadku 2 istotnych ich awarii. Za istotne uszkodzenie uznaje się takie, które powoduje przestoje w okresie gwarancyjnym, i którego inżynier serwisu nie może naprawić na miejscu. Wymiana urządzenia (albo jego podzespołu) powinna nastąpić w terminach określonych w powyższej tabeli w kolumnie „czas naprawy”; w przypadku wymiany uszkodzonego urządzenia (albo jego podzespołu) na nowe obowiązywać będą warunki gwarancji i serwisu wynikające ze złożonej oferty. Okres gwarancji będzie biegł w takim przypadku od początku.”

II. Wykonawca zadał pytania następującej treści:

Pytanie 1: dot. część IV – Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia, parametry wymagane Ad. 36

Czy Zamawiający udostępni wszystkie niezbędne pomieszczenia, konieczne do wykonania prac instalacyjnych związanych z dostosowaniem sieci?

Odpowiedź 1:

Tak

Pytanie 2: dot. część IV – Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia, parametry wymagane Ad 41
Czy Zamawiający na etapie wykonywania prac, dostarczy bardziej szczegółową specyfikację oprogramowania?

Odpowiedź 2:

Tak

Pytanie 3: dot. część IV – Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia, parametry wymagane Ad. 42.

Czy Zamawiający na etapie wykonywania prac, dostarczy bardziej szczegółową specyfikację protokołów?

Odpowiedź 3:

Tak

Pytanie 4: dot. część IV – Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia, parametry wymagane.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę, żeby w punkcie 24 zaoferować moduł do obrazowania przyżyciowego umożliwiającego automatyczną kontrolę parametrów środowiskowych (w tym przynajmniej temperatury w zakresie *37 – 42 **^O **C* i mieszaniny / atmosfery gazów (1-10% CO₂).


Odpowiedź 4:

Zamawiający dopuszcza proponowany zakres parametrów.

III. W związku z licznym zapytaniem oraz czasem niezbędnym na przygotowanie oferty, Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert.

Nowy termin składania ofert: 12.11.2019 r. do godz. 9:00

Nowy termin otwarcia ofert: 12.11.2019 r. o godz. 12:00

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Ogólno-Administracyjnych

mgr Małgorzata Radwańska-Borucka