

PN 509/2020 system spectrometrii mas

Poznań, 7 grudnia 2020 r.

Zawiadomienie

Dotyczy: specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przetargu nieograniczonego nr PN 509/2020 o wartości większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu spektrometrii mas sprzężonego z chromatografem ciekowym wyposażonego w analizator ruchliwości jonów wraz z zestawem komputerowym do siedziby Zamawiającego wraz z instalacją, uruchomieniem i szkoleniem z użytkowania, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji Technicznej przedmiotu zamówienia zawartej w części IV SIWZ (dalej „specyfikacja techniczna”), zwanego dalej „Przedmiotem zamówienia”.

Wykonawca zadał pytanie następującej treści:

Pytanie 1:

Producent w specyfikacji technicznej definiuje zarówno rozdzielczość analizatora jak i prędkość zbierania danych w trybie IMS-MS/MS, jednak tylko ta pierwsza wartość jest mierzona przez inżyniera instalującego urządzenie. W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie - czy Zamawiający uzna za wystarczające aby parametry specyfikacji urządzenia, które nie podlegają weryfikacji w trakcie instalacji, były potwierdzone oficjalną specyfikacją producenta przy dostawie?

Odpowiedź 1:

TAK, pod warunkiem przedłożenia ww. specyfikacji Zamawiającemu, najpóźniej przed sporządzaniem protokołu zdawczo-odbiorczego.

Pytanie 2 :

Wzór umowy - par. 7, ust. 2.b - prosimy o uwzględnienie w definicji "czasu reakcji" obok przybycia serwisu do siedziby Zamawiającego, również podjęcie działań zdalnych mających na celu usunięcie awarii;

Odpowiedź 2:

Zamawiający uwzględni w pkt. I.15 SIWZ oraz w projekcie umowy w par. 7 ust. 2b możliwość podjęcia działań zdalnych mających na celu usunięcie awarii, i nadaje brzmienie definicji "czasu reakcji"

przez czas reakcji na zgłoszenie awarii Zamawiający rozumie czas przybycia serwisu do siedziby Zamawiającego, gdzie dostarczono system spektrometrii mas, liczony od momentu zgłoszenia awarii, a w przypadku, gdy możliwe jest wsparcie zdalne, czas pierwszego logowania jest równoznaczny z reakcją na miejscu.


Pytanie 3:

Wzór umowy - par. 7, ust. 2.f - prosimy o zmianę - wymiana urządzenia lub jego podzespołów w okresie gwarancji na nowe w przypadku ich 3 (a nie 2) istotnych awarii. Nasza prośba wynika z praktyki obowiązującej w zakresie warunków świadczenia usług serwisowych dla przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź 3:

TAK, Zamawiający informuje, że zapis w pkt. I.15 SIWZ oraz par.7 ust 2f otrzymuje brzmienie:

wymiana urządzenia lub jego podzespołów w okresie gwarancji na nowe nastąpi w przypadku ich 3 istotnych awarii; za istotne uszkodzenie przyjmuje się każde uszkodzenie uniemożliwiające funkcjonowanie urządzenia. Wymiana urządzenia (albo jego podzespołu) powinna nastąpić w terminach określonych w powyższej tabeli; w przypadku wymiany uszkodzonego urządzenia (albo jego podzespołu) na nowy obowiązywać będą warunki gwarancji i serwisu wynikające ze złożonej oferty. Okres gwarancji będzie biegł w takim przypadku od początku.

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Ogólno-Administracyjnych

mgr Małgorzata Radwańska-Bonicka