

Poznań, dnia 14.06.2021 r.

Zawiadomienie

Dotyczy: postępowania TP1 526/2021 na dostawę infrastruktury zapewniającej sterylność i bezpieczeństwo systemu AGAMEDE do badań przesiewowych

Zamawiający informuje, że Wykonawcy zadali następujące pytania dotyczące **części 3 postępowania - Dostawa systemu bezpieczeństwa chemicznego**:

Pytanie nr 1:

Zamawiający wymaga przedstawienia przedmiotowych środków dowodowych: „Aktualny atest higieniczny wystawiony przez niezależny od producenta ośrodek badawczy dotyczący mebli laboratoryjnych i medycznych do stosowania w laboratoriach,”. Meble produkowane są „na zamówienie”, w związku z tym nie jest możliwe atestowanie całych mebli, szczególnie w obecnej sytuacji epidemiologicznej. W związku z tym czy zamawiający odstąpi od konieczności przestawienia w/w atestów?

Odpowiedź nr 1

Zamawiający odstępuje od wymogu atestu higienicznego dla systemu bezpieczeństwa chemicznego.

Pytanie nr 2:

Zamawiający wymaga przedstawienia przedmiotowych środków dowodowych: „Certyfikat zgodności z normami PN-EN 14175 potwierdzający spełnienie wymagań bezpieczeństwa i sprawności działania wyciągów.” Norma PN- EN 14175 zawiera kilka części, odnoszących się między innymi do typu dygestorium. Prosimy o sprecyzowanie, z którą z części normy PN-EN 14175 ma być zgodne dygestorium, co należy potwierdzić odpowiednim certyfikatem.

Odpowiedź nr 2

Zamawiający wymaga przedstawienia certyfikatu dla części 2, 3 i 7 normy PN-EN 14175.

Zamawiający zmienia treść ust 6. w **ROZDZIALE VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA (PODMIOTOWYCH ORAZ PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH)** SWZ, który otrzymuje brzmienie:

Było:

6. PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE/INNE DOKUMENTY ZAMÓWIENIA

1. Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych:

dla części 1:

Aktualny atest higieniczny wystawiony przez niezależny od producenta ośrodek badawczy dotyczący mebli laboratoryjnych i medycznych do stosowania w laboratoriach,

dla części 2:

Brak wymaganych środków dowodowych.

dla części 3:

- a) Aktualny atest higieniczny wystawiony przez niezależny od producenta ośrodek badawczy dotyczący mebli laboratoryjnych i medycznych do stosowania w laboratoriach,
- b) Certyfikat zgodności z normą EN 14727 wystawiony przez jednostkę niezależną od producenta potwierdzający spełnienie wymagań dotyczących segmentów do magazynowania dla laboratoriów,
- c) Certyfikat zgodności z częścią 2,3 i 7 normy PN-EN 14175 potwierdzający spełnienie wymagań bezpieczeństwa i sprawności działania wyciągów.

2. Jeżeli Wykonawca nie złożył wraz z ofertą wymaganych powyżej przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający przewiduje uzupełnienie w

Jest:

6. PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE/INNE DOKUMENTY ZAMÓWIENIA

1. Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych:

dla części 1:

Aktualny atest higieniczny wystawiony przez niezależny od producenta ośrodek badawczy dotyczący mebli laboratoryjnych i medycznych do stosowania w laboratoriach,

dla części 2:

Brak wymaganych środków dowodowych.

dla części 3:

- a) Certyfikat zgodności z normą EN 14727 wystawiony przez jednostkę niezależną od producenta potwierdzający spełnienie wymagań dotyczących segmentów do magazynowania dla laboratoriów,
 - b) Certyfikat zgodności z normami PN-EN 14175 potwierdzający spełnienie wymagań bezpieczeństwa i sprawności działania wyciągów.
2. Jeżeli Wykonawca nie złożył wraz z ofertą wymaganych powyżej przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający przewiduje uzupełnienie w wyznaczonym przez niego terminie przedmiotowych środków dowodowych