

PN 534/2021 ultrawirówka z akcesoriami

Poznań, dnia 24.08.2021 r.

Zawiadomienie

Dotyczy: postępowania PN 534/2021 na dostawę ultrawirówki z akcesoriami do miejsca wskazanego w siedzibie Zamawiającego

Zamawiający informuje, że Wykonawcy zadali następujące pytania:

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z kolorowym wyświetlaczem dotykowym umieszczonym w przedniej części urządzenia pod stałym kątem z możliwością regulacji jasności i kontrastu ?

Odpowiedź nr 1

TAK

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający dopuści ultrawirówkę z graficzną 3 pozycyjną prezentacją wartości próżni?

Odpowiedź nr 2

Tak, o ile wartość próżni jest podawana na ekranie sterującym w czasie rzeczywistym.

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z możliwością zdalnego monitorowania i kontroli ultrawirówki za pomocą jedynie komputera ?

Odpowiedź nr 3

Zamawiający wymaga możliwości zdalnego monitorowania i kontroli ultrawirówki za pomocą komputera oraz urządzeń mobilnych (np. tabletu, smartfona).

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający dopuści podgląd wykresów (temperatury i prędkości) jedynie w oprogramowaniu komputerowym ultrawirówki na wyświetlaczu wirówki posiadamy podgląd wartości liczbowych ?

Odpowiedź nr 4

Zamawiający wymaga, by wykresy temperatury i prędkości procesu wirowania były generowane na ekranie sterującym.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę ultrawirówki bez urządzenia do formowania gradientu ?

Odpowiedź nr 5

Zamawiający nie wyraża zgody na dostawę ultrawirówki bez urządzenia do formowania gradientu.