

Poznań, dnia 25.11.2021 r.

Zawiadomienie

Dotyczy: postępowania PN 538/2021 wysokoprzepustowy sekwenator

Zamawiający informuje, iż Wykonawcy zadali następujące pytania:

Pytanie nr 1: „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sekwenatora NGS o poniższych parametrach jakościowych:

- możliwość równoległego, niezależnego sekwencjonowania na czterech różnych FC?”

Odpowiedź nr 1: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 2: „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sekwenatora NGS o poniższych parametrach jakościowych:

- możliwość sekwencjonowania w trybie odczytów pojedynczych (ang. single reads, SR) lub sparowanych (PE) o zmiennej długości, w zakresie od 1 x 50pz, 2x100pz, 2 x 150 pz (większość eksperymentów NGS wykorzystuje sekwencjonowanie 2x100pz albo 2x150pz)?”

Odpowiedź nr 2: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 3: „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sekwenatora NGS o poniższych parametrach jakościowych:

- gwarantowana maksymalna wydajność urządzenia (liczba par zasad DNA odczytywana w jednym cyklu pracy urządzenia) nie mniejsza niż 1500 Gb na jedną FC w trybie sekwencjonowania PE 2 x 150pz?”

Odpowiedź nr 3: Tak, Zamawiający wyraża zgodę z zastrzeżeniem, że łączna wydajność urządzenia wyniesie minimum 4800 Gb.

Pytanie nr 4: „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sekwenatora NGS o poniższych parametrach jakościowych:

- gwarantowana maksymalna liczba odczytów 5 mld?”

Odpowiedź nr 4: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 5: „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sekwenatora NGS o poniższych parametrach jakościowych:

- parametry jakościowe danych: kryterium Q30:
 - 85% danych uzyskiwanych dla odczytów o długości 100pz
 - 80% danych uzyskiwanych dla odczytów o długości 150 pz?”

Odpowiedź nr 5: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 6: „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sekwenatora NGS o poniższych parametrach jakościowych:

- wymiary urządzenia 166cm×91cm×182cm (długość x głębokość x wysokość)?”

Odpowiedź nr 6: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 7: „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sekwenatora NGS o poniższych parametrach jakościowych:

- ciężar sekwenatora po rozpakowaniu 765 kg?”

Odpowiedź nr 7: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.