

Pytanie nr 20:

Czy oferowane dygestoria muszą posiadać deklarację zgodności CE (zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności i PN-EN 45014:2000 – i czy należy dołączyć je do oferty?

Odpowiedź na pytanie nr 20:

Tak.

Oferowane dygestoria muszą posiadać znak CE, ponieważ każde urządzenie mechaniczne dopuszczone do obrotu gospodarczego posiada znak CE.

Wymagane dokumenty i oświadczenia jakie należy załączyć do oferty Zamawiający określił w I.6 SIWZ.

Pytanie nr 21:


Czy Zamawiający dopuszcza termin realizacji zamówienia do 8 tygodni licząc od dnia podpisania umowy?

Odpowiedź na pytanie nr 21:

Nie.

Zamawiający określił termin wykonania umowy do dnia 29 grudnia 2010 r. - zgodnie z opisem Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia I.4 – Termin wykonania zamówienia

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Ogólno-Administracyjnych


mgr Małgorzata Radwańska-Borucka