



Poznań, 01 lutego 2011r.

Z a w i a d o m i e n i e

Dotyczy: specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przetargu nieograniczonego nr PN 284/11 o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 pzp na dostawę koncentratora do wskazanego przez Zamawiającego pomieszczenia tzn. do pomieszczenia znajdującego w budynku przy ul. Piotrowo 1 w Poznaniu, wraz z wyposażeniem, oprogramowaniem, instalacją i uruchomieniem, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi szczegółowo w Specyfikacji Technicznej przedmiotu zamówienia, zawartej w części IV SIWZ

Wykonawcy zadali pytania następującej treści:

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie koncentratora z zakresem temperatury od 5 do 80°C, z możliwością regulacji co 1°C?

Odpowiedź

NIE. Zamawiający precyzyjnie określił w część IV SIWZ - Specyfikacja Techniczna minimalne parametry techniczne jakich spełnienia będzie wymagał., w tym wymagany zakres temperatur „co najmniej: od temp. pokojowej do 100 °C, z możliwością regulacji co 1°C”

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie koncentratora posiadającego możliwość zapamiętania min. 9 programów, z dostępem do tych programów poprzez przycisk „Prog” znajdującym się na panelu sterowania i następnie wybór konkretnego programu przy pomocy przycisków – strzałek (górze, dół) w miejsce przycisków Program 1, Program 2 , Program 3?

W przypadku nie dopuszczenia urządzenia o proponowanym rozwiązaniu, proszę o wyjaśnienie dlaczego.

Odpowiedź

NIE. Koncentrator jest jednym z kilku urządzeń pracujących jednocześnie. W związku z tym, dostęp do programów musi być szybki i łatwy. Niejednokrotnie metodyka badań wymaga przeprowadzenia w jednym czasie kilku czynności, stąd obsługa jednej funkcji koncentratora za pomocą jednego przycisku jest niezwykle ważna i nie zużywa czasu potrzebnego na inne działania.

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie koncentratora o wymiarach wynoszących: 38 x 40 cm (szer. x wys.)?

Pytanie nr 4:

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie wymrażacza o wymiarach wynoszących: 38 x 60 cm (szer. x wys.)?

Odpowiedź na pytania nr 3,4

NIE. Zamawiający precyzyjnie określił w część IV SIWZ - Specyfikacja Techniczna minimalne parametry techniczne jakich spełnienia będzie wymagał.


Pytanie nr 5:

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie koncentratora z wymrażaczem o łącznych wymiarach wynoszących: 38 x 100 cm (szer. x wys.)?

W przypadku nie dopuszczenia urządzenia o proponowanych wyżej wymiarach, proszę o wyjaśnienie dlaczego.

Odpowiedź

NIE. Zamawiający precyzyjnie określił w część IV SIWZ - Specyfikacja Techniczna minimalne parametry techniczne jakich spełnienia będzie wymagał, w tym wymagania Zamawiającego dotyczące wymiarów dostarczonych urządzeń, tzn. „ ze względu na ograniczoną ilość wolnego miejsca w laboratorium, wymiary wymrażacza, który nie może być zintegrowany z wirówką (musi być wolnostojący) nie mogą być większe niż: szerokość: 37 cm, wysokość: 54 cm.”

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Ogólna-Administracyjnych

mgr Malgorzata Radwańska-Borucka