



Poznań, 31 marca 2011r.

Z a w i a d o m i e n i e

Dotyczy: specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przetargu nieograniczonego nr PN 287/11 o wartości większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 pzp na dostawę zestawu UPLC do wskazanego pomieszczenia w siedzibie Zamawiającego wraz z wyposażeniem, oprogramowaniem, instalacją i uruchomieniem, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi szczegółowo w Specyfikacji Technicznej przedmiotu zamówienia, zawartej w części IV SIWZ

Wykonawcy zadali pytania następującej treści:

Pytanie nr 1: DOTYCZY SIWZ część IV:

Czy Zamawiający dopuści przyrząd z piecem do termostatowania kolumn w zakresie 10°C poniżej temperatury otoczenia do 85°C?

Odpowiedź

Nie dopuszczamy temperatury 10 °C poniżej temperatury otoczenia. Nie zapewnia to właściwych warunków eksperymentalnych dla stosowanych procedur.

Pytanie nr 2: DOTYCZY SIWZ część IV:

Czy Zamawiający dopuści moduł z układem nastrzykowym do nanoprzepływów pracujący do ciśnienia 18000psi z przepływami w zakresie 5-100µl w przepływie izokratycznym i 30-100µl w przepływie gradientowym o objętości nastrzyku 0,1 do maks. 5µl?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza moduł z układem nastrzykowym do nanoprzepływów pracujący w zakresie ciśnień do 18 000 psi, jednocześnie Zamawiający podtrzymuje zakres przepływu dla pompy w trybie izokratycznym oraz gradientowym od 200 nl do 100 µl.

Pytanie nr 3: DOTYCZY SIWZ część 6:

Czy Zamawiający dopuści wykaz dostaw na kwotę 300 000 PLN brutto, bowiem taka jest typowa cena zestawu UHPLC(UPLC) z detektorem diodowym, fluorescencyjnym i autosamoplernem?

Pytanie nr 4: DOTYCZY SIWZ część 6:

Czy Zamawiający dopuści wykaz dostaw na kwotę 400 000 PLN brutto UHPLC (UPLC) w innej konfiguracji detektorów np. z detektorem masowym, który jest urządzeniem znacznie bardziej skomplikowanym technicznie niż detektor DAD czy fluorescencyjny?

Odpowiedź na pyt. 3 i 4

Zamawiający podtrzymuje konieczność wykazu minimum dwóch dostaw polegających na dostawie zestawu UPLC (zawierającego co najmniej pompę, automatyczny podajnik prób oraz detektor fotodiodowy i fluorescencyjny) na kwotę minimum 400 000 PLN brutto każda

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Ogólno-Administracyjnych


mgr Małgorzata Radwańska-Berucka