

Poznań, 05 maja 2011r.

## Z a w i a d o m i e n i e

Dotyczy: specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przetargu nieograniczonego nr PN 292/11 o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 pzp na wyposażenie zaadaptowanych pomieszczeń w meble laboratoryjne i biurowe, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi szczegółowo w Specyfikacji Technicznej przedmiotu zamówienia, zawartej w części IV SIWZ

Wykonawca zadał pytania następującej treści:

### Część 1 – MEBLE LABORATORYJNE

#### 2. Stelaże

##### Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuszcza stelaże stołów laboratoryjnych wykonane z kształownika o wymiarach 30 x 50mm, co w żaden sposób nie zmienia parametrów użytkowych mebli?

##### Odpowiedź

Nie.

##### Pytanie nr 2:

Czy kształtowniki, z których są wykonane stelaże stołów, muszą być zgodne z normą PN-EN 10219-1 i 2, PN-EN 10204-3.1 i posiadać deklaracje CE wystawioną przez laboratorium akredytowane?

##### Odpowiedź

Nie.

##### Pytanie nr 3:

Czy taką deklarację CE z numerem akredytującej jednostki notyfikowanej należy dołączyć do oferty jak inne opisane w siwz dokumenty potwierdzające wysoką jakość oferowanych mebli lab.)?

##### Odpowiedź

Wymagania dotyczące potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający zawarł w pkt. I.6.4 SIWZ i takich będzie żądał od Wykonawcy.

##### Pytanie nr 4:

Czy Zamawiający dopuszcza wszystkie stelaże posiadające dwa własne boki i łączone w ciąg bez wspólnej nogi?

##### Odpowiedź

Nie.

##### Pytanie nr 5:

Czy Zamawiający wymaga aby każdy stelaż posiadał możliwość samodzielnego jego postawiania na podłodze?

##### Odpowiedź

Nie.

**Pytanie nr 6:**

Czy aby utrzymać estetykę mebli Zamawiający wymaga, aby poszczególne elementy stelaży były łączone w sposób niewidoczny dla użytkownika od strony zewnętrznej?

**Odpowiedź**

Nie.

**5. Szafki laminowane podwieszane i jezdne:**

**Pytanie nr 1:**

Czy Zamawiający (w ciągach szafek podblatowych) nie wolałby, aby kąt otwarcia drzwi szafek wynosił minimum 90° i był tak dobrany, aby drzwiczki szafki nie obijały się o szafkę sąsiednią?

**Odpowiedź**

Nie.

**Pytanie nr 2:**

Czy Zamawiający dopuszcza inne niż opisane w siwz uchwyty do szafek i czy wymaga, aby takie uchwyty były wykonane z pręta ze stali nierdzewnej?

**Odpowiedź**

Zamawiający zgodnie z pkt. I.3.2 SIWZ dopuszcza składanie ofert równoważnych, jednakże podane przez Zamawiającego wymagania oraz parametry techniczne określające przedmiot zamówienia są warunkami minimalnymi, których spełnienia Zamawiający będzie oczekiwał. W przypadku złożenia oferty równoważnej na poszczególne pozycje, należy wyraźnie wskazać różnice, które powinny być jednoznacznie zaznaczone na egzemplarzu specyfikacji technicznej (np. poprzez pogrubienie lub podkreślenie cech proponowanego sprzętu równoważnego).

Zgodnie z art. 30 ust. 5 Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne do rozwiązań opisanych przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.

**Pytanie nr 3:**

Czy Zamawiając dopuszcza uchwyty do szafek o długości 2/3 szerokości szafki, montowane poziomo?

**Odpowiedź**

Nie.

**10. Taborety laboratoryjne wysokie – 6szt.**


**Pytanie nr 1:**

Czy Zamawiający wymaga, aby oferowane taborety spełniały niżej opisane parametry:

- Taborety na amortyzatorze gazowym przeznaczone do pracy przy stołach o wysokości 750 i 900 mm
- Siedzisko wykonane z czarnej antypoślizgowej pianki poliuretanowej (łatwo zmywalnej i nienasiąkliwej);
- Amortyzator gazowy bez osłony, chromowany;
- Podstawa pięcioramienna bez osłony chromowana – średnica 630-640 mm ;
- W podstawie kółka do powierzchni twardych;
- Podnóżek – okrąg o średnicy 420 +/- 20 mm wykonany z rury stalowej chromowanej o średnicy 20-30 mm ;
- Regulacja wysokości podnóżka w zakresie 300 mm ;
- W celu potwierdzenia parametrów oferowanych krzeseł do oferty należy dołączyć:
  - Rysunek poglądowy taboretu laboratoryjnego pozwalający na potwierdzenie podstawowych wymiarów przedmiotu zamówienia.
  - Zdjęcie kolorowe taboretu laboratoryjnego, dopuszczalny jest komputerowy wydruk zdjęcia w kolorze.

**Odpowiedź**

Zamawiający opisał w części IV SIWZ-Specyfikacja Techniczna Przedmiotu Zamówienia w pkt 8 Krzesła i Taborety wymagania minimalne, jakich spełnienia będzie oczekiwał.

ZASTĘPCA DYREKTORA  
ds. Ogólna-Administracyjnych  
  
mgr Małgorzata Radwańska-Bożucha