



Poznań, 30 maja 2011r.

Z a w i a d o m i e n i e

Dotyczy: specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przetargu nieograniczonego nr PN 294/11 o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 pzp na dostawę zestawu wyposażenia koniecznego do przeprowadzania analiz metabolomicznych do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego, wraz z wyposażeniem, instalacją i uruchomieniem, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi szczegółowo w Specyfikacji Technicznej przedmiotu zamówienia, zawartej w części IV SIWZ.

Wykonawca zada pytania następującej treści:

A. Zamrażarki – 2 szt.

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zamrażarek o pojemności wynoszącej 813 l?

Odpowiedź

Tak

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zamrażarek o pojemności wynoszącej 800 l?

Odpowiedź

Tak

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zamrażarek z zakresem temperatury wynoszącym od -40°C do -80°C?

Odpowiedź

Nie.

Pytanie nr 4:

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zamrażarek o wymiarach zewnętrznych wynoszących: 108,6 x 89 x 199,5 cm (szer. x gł. x wys.)?

Odpowiedź

Tak

Pytanie nr 5:

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zamrażarek wyposażonych w 1 port dostępu o średnicy w granicach: 1,5 – 2 cm?

Odpowiedź

Tak

Pytanie nr 6:

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zamrażarki, w której maksymalne dobowe zużycie energii wynosi 21,5 Kw/24h?

Odpowiedź

Nie.

Pytanie nr 7:

Proszę o doprecyzowanie czy Zamawiający zaakceptuje zaoferowanie zamrażarek z panelem sterowania umieszczonym na wysokości około 130 cm od podstawy zamrażarki (czyli mniej więcej na wysokości wzroku)?

Odpowiedź

Tak

Pytanie nr 8:

Proszę o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga, aby wraz z wyświetlaniem kodu błędu, wyświetlany był również opis słowny jednoznacznie definiujący dany błąd?

Odpowiedź

Nie wymaga.

Pytanie nr 9:

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zamrażarek wyposażonych w zamek elektromagnetyczny otwierany za pomocą kart magnetycznych, rozpoznawanych przez daną zamrażarkę, w miejsce obecnie wymaganego zamka na klucz z wymienną wkładką?

Odpowiedź

Tak

Pytanie nr 10:

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zamrażarek, gdzie każda jest wyposażona w system do przechowywania pudełek o wysokości 5 cm w postaci statywów wykonanych ze stali nierdzewnej, bez szufladek, pozwalający na umieszczenie przynajmniej 80 pudełek? - proponowane rozwiązanie spełnia równoważne funkcje z wymaganymi, ponadto jest korzystniejsze ze względu na brak posiadania ruchomych elementów (szuflada), które w przypadku zamrażarek niskotemperaturowych mają tendencje do przymarzania.

Odpowiedź

Nie.

Labilność termiczna materiału biologicznego, który będzie przechowywany w zamrażarkach jest duża i zbyt długie narażenie próbek na przebywanie w podwyższonych temperaturach nie jest możliwe, szczególnie w przypadku prowadzenia badań metabolomicznych.

Pytanie nr 11:

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania oprogramowania zewnętrznego do „systemu archiwizacji i analizy wyników eksperymentów wspólny dla obu zamrażarek” w pełni rejestrującego parametry pracy zamrażarki tj. temperaturę wewnątrz zamrażarki w czasie, temperaturę otoczenia stany alarmowe oraz dostęp poszczególnych użytkowników do zamrażarki?

Odpowiedź

Nie wymaga.

Pytanie nr 12:

Proszę o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga, aby panel kontrolny zamrażarek był wyposażony w wielofunkcyjny, graficzny wyświetlacz LCD pozwalający m. in. na graficzną prezentację zapisów temperatury pracy zamrażarki w czasie?

Odpowiedź

Nie wymaga.

Pytanie nr 13:

Proszę o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga, aby dostarczone zamrażarki posiadały możliwość zapisu rejestru na przenośnym nośniku po bezpośrednim podłączeniu do sterownika zamrażarki?

Odpowiedź

Nie wymaga.

Pytanie nr 14:

Czy Zamawiający wymaga, aby zamrażarki posiadały funkcję rejestracji temperatury wewnątrz komory zamrażarki oraz temperatury otoczenia z graficzną prezentacją na panelu sterowania zamrażarki?

Odpowiedź
Nie wymaga.

Pytanie nr 15:

Proszę o doprecyzowanie czy wymagane jest wyposażenie zamrażarki w port Ethernet?

Odpowiedź
Nie wymaga.

Pytanie nr 16:

Czy Zamawiający wymaga, aby zamrażarki były wyposażone we wbudowany rejestrator służący do elektronicznej rejestracji temperatury pracy zamrażarki, temperatury otoczenia oraz do zbierania informacji o stanach alarmowych, z odczytem na panelu sterowania zamrażarki?

Odpowiedź
Nie wymaga.

Pytanie nr 17:

Proszę o doprecyzowanie czy wymagane jest wyposażenie zamrażarki w port Ethernet?

Odpowiedź
Nie wymaga.

Pytanie nr 18:

Proszę o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z dostawą zamrażarek systemu niezależnego awaryjnego zasilania CO₂ (system CO₂ back-up) do każdej z nich, programowanego i sterowanego z panelu sterowania zamrażarki oraz posiadającego własne zasilanie akumulatorowe oraz własny czujnik temperatury?

Pytanie nr 19:

Czy wymagane jest, aby system niezależnego awaryjnego zasilania CO₂ (system CO₂ back-up) pochodził od tego samego producenta co zamrażarka, dla zagwarantowania całkowitej kompatybilności urządzeń?

Pytanie nr 20:

Proszę o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga, aby system niezależnego, awaryjnego zasilania CO₂ (system back-up) był fabrycznie wbudowany w obudowę zamrażarki, co gwarantuje oszczędność miejsca w laboratorium (brak dodatkowych urządzeń zewnętrznych)?

Pytanie nr 21:

Proszę o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga dostarczenia butli z CO₂ do systemu awaryjnego zasilania CO₂ wraz z dostawą zamrażarek? Jeżeli tak, proszę o informację czy z uwagi na dużą pojemność zamrażarki, butla o zawartości CO₂ min. 30 kg do każdej z zamrażarek będzie dla Zamawiającego wystarczająca?

Odpowiedź na pytania 18, 19, 20 i 21

Zgodnie z częścią IV SIWZ – Specyfikacja Techniczna Przedmiotu Zamówienia, Zamawiający nie wymaga dostarczenia wraz z dostawą zamrażarek systemu niezależnego awaryjnego zasilania CO₂.

Pytanie nr 22:

Proszę o doprecyzowanie jakiego typu próbki Zamawiający będzie przechowywał w zamrażarkach - czy będą przechowywane również próbki pochodzenia ludzkiego tj. tkanki ludzkie, krew, komórki krwi, płyny fizjologiczne?

Odpowiedź

W zamrażarkach będących przedmiotem zamówienia Zamawiający zamierza składować materiały pochodzenia roślinnego.

Pytanie nr 23:

Czy Zamawiający zgodzi się na zaferowanie zamrażarek medycznych (z certyfikatem potwierdzającym spełnienie wymogów Dyrektywy 93/42/EEC dotyczącej wyrobów medycznych)?

Odpowiedź

Zamawiający nie przewiduje zastosowania medycznego zamrażarek będących przedmiotem zamówienia.

B. Wytrząsarki - 2 szt

Pytanie nr 1:


Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie wytrząsarek wyposażonych w gniazdo wewnętrzne o mocy 100 W?

Odpowiedź

Tak

Na podstawie przepisu art 38 ust.4 Pzp Zamawiający przedłuża termin składania ofert.

- Termin składania ofert ulega zmianie tj, oferta musi wpłynąć najpóźniej do dnia **3 czerwca 2011r. do godz. 10:00** pokój nr 16 bud. C
- Otwarcie ofert nastąpi **3 czerwca 2011r.** w siedzibie Zamawiającego **o godz. 10:15,** w pokoju 17 bud. C.

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Ogólno-Administracyjnych

mgr Małgorzata Radwańska-Borucka